FAPIB
Associazione Nazionale
Fornitori di Attrezzature per Parrucchieri e Istituti di Bellezza

Sede Legale: Corso di Porta Vittoria 47 20122 Milano
Sede Operativa: Corso Plebisciti 9 20129 Milano
Tel. 02 730 969 Fax. 02 580 196 98
Sito Internet: www.fapib.it • e-mail: info@fapib.it

Cari Soci Fapib,

Martedì 13 Luglio siamo stati convocati dal Ministero dello Sviluppo Economico per informarci sui risultati dell'esame fatto dal Consiglio Superiore di Sanità alle schede tecniche delle apparecchiature per estetica che avevamo revisionato ed inviato nel Luglio 2009.

La maggior parte delle schede è stata approvata, mentre gli apparecchi ad ultrasuoni a bassa frequenza, ossia quelli con frequenza al di sotto di 0,8 MHz, non sono stati ritenuti adatti per l'applicazione da parte delle estetiste, ma solo per uso medico. A sostegno della loro tesi hanno citato due relazioni mediche che si riferiscono a trattamenti con modalità completamente diverse da quelle proposte nella scheda tecnica da noi presentata. Dopo lunga discussione con i nostri tecnici, i funzionari dei due ministeri hanno deciso di non inserirlo nel testo del decreto attuativo dell'ex art 10 della Legge n.1/90 per non ritardare ulteriormente la sua emanazione. Questo testo sarà inviato a Bruxelles per il controllo da parte delle autorità della Comunità Europea, le quali dovrebbero rispondere entro la fine dell'anno in corso.

Queste apparecchiature potranno essere eventualmente reinserite successivamente nell'elenco e per fare ciò occorrerà presentare delle relazioni tecnico-scientifiche e studi di riferimento che garantiscono la massima sicurezza per le clienti interessate dal trattamento.

Inoltre l'apparecchio a luce pulsata potrà essere usato solo per la foto-depilazione e non per il foto-ringiovanimento. Esso dovrà essere dotato di filtro che permetta l'emissione di luce solo con lunghezza d'onda nell'intervallo da 600 nm. a 1100 nm.

Alla scheda tecnico-informativa n.13, relativa agli apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale, è stato aggiunto che gli apparecchi a radiofrequenza dovranno rispettare i limiti dei valori dei campi elettromagnetici citati nella legge 81/08 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Durante la presentazione della scheda relativa ai solarium, abbiamo richiesto se si poteva emanare una circolare che precisasse i tempi entro cui i vecchi solarium debbano essere adeguati ai nuovi limiti di irradianza, ma ci è stato risposto che il Ministero non può dare nessun termine dilazionatorio perché questo obbligo di adeguamento è già operante.

Il gestore di un centro di abbronzatura è tenuto a rispettare i nuovi limiti di irradianza di 0,3 W/mq da quando è entrata in vigore questa variante alla norma precedente. Se il ministero ponesse, per esempio, un termine di 6 mesi, autorizzerebbe i gestori a non rispettare una legge già vigente.

Dato che il settore delle apparecchiature presenta molto spesso delle novità è stato convenuto di istituire un gruppo di lavoro con la partecipazione della Fapib, delle associazioni di categoria e dei funzionari dei due ministeri di riferimento per aggiornare annualmente l'elenco delle apparecchiature che possono essere usate dalle estetiste.

Abbiamo avuto la sensazione che i ministeri vogliano impegnarsi a velocizzare le pratiche per facilitare uno sviluppo concreto e sicuro del nostro settore con regole chiare e condivise, per evitare la frammentazione regionale e favorire un migliore inserimento dei nostri prodotti in un ambito europeo con regole precise che permettano un maggior controllo dell'ingresso di apparecchiature extracomunitarie nel nostro mercato.

A breve seguiranno altri comunicati con i risultati degli esami approfonditi delle nuove limitazioni.

Consiglio Direttivo FAPIB

Associazione Nazionale Fornitori

Attrezzature per Parrucchieri e

Istituti di Bellezza

Sede legale: Corso di Porta Vittoria 47 20122 Milano

Sede operativa: Corso Plebisciti 9 20129 Milano

Tel: 02 730 969 Fax: 02 580 196 98